

Niniejszym informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: **Dostawa śródoperacyjnego aparatu rentgenowskiego z ramieniem C (Nr sprawy: OR.272.1.5.2021)** od jednego z wykonawców wpłynęły następujące zapytania:

1. Czy Zamawiający uzna kontakt telefoniczny/zdalny jako reakcję serwisu?
2. Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie czy w przypadku mieszanych stawek VAT (8 i 23%) w pozycji przewidzianej na kwoty netto i brutto należy podać odpowiednio wartość netto i brutto odpowiadającą danej stawce podatku VAT? Wyjaśniamy, iż w Umowie występują zapisy (testy specjalistyczne, projekt osłon stałych), które są objęte stawką VAT wynoszącą 23%.
3. Zwracamy się z prośbą o podanie informacji jaki typ wentylacji występuje w pomieszczeniu, gdzie będzie eksploatowany aparat? Mechaniczna czy grawitacyjna?
4. W sytuacji posiadania wentylacji grawitacyjnej zwracamy się z prośbą o udostępnienie protokołu wydajności wentylacji przez Zamawiającego na pisemne żądanie Wykonawcy w terminie 3 dni.
5. Jeżeli mechaniczna to zgodnie z obecnymi wytycznymi WSSE do projektu osłon stałych wymagany jest m.in. rzut pomieszczeń wraz z **zatwierdzonym przez PWIS projektem wentylacji**. Zwracamy się z prośbą o udostępnienie przez Zamawiającego posiadanej w/w dokumentacji na pisemne żądanie Wykonawcy w terminie 3 dni.
6. W przypadku braku zatwierdzonego projektu wentylacji dla pomieszczenia, zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie po czyjej stronie będzie wykonanie tego projektu oraz zaopiniowanie?
7. Zwracamy się z prośbą o udostępnienie: projektu budowlanego pracowni, starego projektu ochrony radiologicznej pracowni jeśli istnieje.
8. Zwracamy się z prośbą o określenie przeznaczenia sąsiadujących pomieszczeń pracowni.
9. Zwracamy się z prośbą o podanie informacji, tj.:
 - a. Liczby ekspozycji wykonywanych w ciągu jednego dnia roboczego
 - b. Czasu jednej ekspozycji
10. Prosimy o wskazanie osoby (e-mail, nr telefonu), która będzie kompetentna do określenia geometrii prowadzonych badań (gdzie będzie znajdować się lampa RTG?, gdzie będzie przebywał operator aparatu? W którą stronę będzie skierowana wiązka pierwotna promieniowania?)
11. Czy pomieszczenie pracowni spełnia wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 21 sierpnia 2006r w sprawie szczegółowych warunków bezpiecznej pracy z urządzeniami radiologicznymi?
12. Czy pomieszczenie pracowni spełnia wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012r w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą?

Na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.) zamawiający odpowiada poniżej na ww. zapytania:

1. Zamawiający informuję, że za reakcję serwisu może być uznany kontakt telefoniczny/zdalny który zostanie także poprzedzony przesłaniem stosownej wiadomości e-mail (zgodnie z formą komunikacji określoną w § 6 Projektu umowy). Jednocześnie informuję, że powyższe nie zmienia obowiązujących zapisów projektu umowy w zakresie warunków gwarancji/terminów do przystąpienia do usuwania awarii.
2. Zamawiający informuje, że zgodnie z poz. Nr 1 – KALKULACJA CENY załącznika Nr 1 (Formularz oferty) przewidział możliwość mieszanych stawek Vat tylko dla przedmiotu zamówienia dot. osłon radiologicznych (poz. nr 4 tabeli). Jednocześnie z uwagi na wątpliwości wykonawcy w tym zakresie informuję, że:

